


3.13. Падение оборудования (или его комплектующих) с или без внешнего повреждения корпуса и его частей, но с наличием внутренних повреждений от падения.

Пример 3.13.1.



Разбитая лампа в манипуле 8*40 аппарата ЭЛОС М40Е +. Причина - жесткое падение манипулы. Срок эксплуатации - 3 года.

Пример 3.12.2.



Разрушение стержня неодимового лазера в результате падения манипулы.