

3.18. Внесение изменений в конструкцию оборудования за пределами сервисного центра «Медикалазер».

Пример 3.18.1.



Пример повреждения пломб на манипуле аппарата при разборке аппарата вне сервисного центра «Медикалазер».